



Formation Nouveaux Entrants Organisation de la sécurité au GeePs





Sommaire

- Organisation de la sécurité au GeePs
- Affichage
- Consignes de sécurité :
 - Urgence médicale
 - Incendie
 - Evacuation



Organisation de la sécurité

Équipe d'intervention : guide file, serre file

- Les **guide file** sont chargés de rassembler et de faire sortir toutes les personnes qui sont dans le bâtiment. Ils sont également chargés de les rassurer et de leur donner l'ordre de prendre leurs effets personnels. Les guide-file les conduisent au point de rassemblement.
- Les **serre file** sont chargés de suivre les groupes pris en charge par les guide file, de s'assurer que personne ne reste en arrière, ou ne fait demi-tour, ils sont chargés de vérifier les salles, les bureaux, les toilettes et enfin de maintenir les personnes groupées sur le lieu de rassemblement.



Organisation de la sécurité

Lieux d'affichage info Sécurité et Prévention :

- **Bât. G** : à l'entrée du laboratoire et au Point K
- **Bât. Bréguet** : entrée du bâtiment Breguet en face du bureau E2-06a, panneau Département des Systèmes Electronique, sur les portes d'accès aux couloirs GeePs du bâtiment
- **Bât. CPMC** :
 - au 1er étage côté tour 65
 - au 2ème étage côté tour 66



Affichage

- 2 types de salle d'expérience :
 - **Salle classée niveau 2 :**

GeePs Hygiène et Sécurité

**Salle classée en niveau 2
(risques modérés)**

Pôle «Matériaux»

*Responsables : A. Dégardin (poste 1653)
A. Kreisler (poste 1653)*

Liste des risques présents dans la salle 306 :

♦ **Hotte à flux horizontal laminaire :**

- Bouteille de gaz (azote) 
- Risque chimique (acétone, éthanol, propanol)



♦ **Microsoudeuse à ultrasons**

♦ **Scriber à pointe diamant**

Rappel des conditions d'accès définies par le règlement :

*Pour les pièces classées en niveau 2, le travail d'un personnel seul est autorisé pendant les horaires de référence.
En dehors de ces heures, et dans la limite des horaires d'ouverture, la présence de deux personnes par salle est obligatoire.*

On tolérera toutefois la présence d'une seule personne par salle dans le cas où deux personnes travaillent simultanément, porte ouverte, dans des pièces débouchant dans la même portion de couloir (c'est-à-dire entre deux portes coupe-feu consécutives), et où elles sont a minima, effectivement audibles l'une de l'autre en toutes circonstances

Date de mise à jour 04/10/2022



Affichage

- 2 types de salle d'expérience :
 - **Salle classée niveau 2 :**
 - **Salle classée niveau 3 :**

GeePs Hygiène et Sécurité

Salle classée en niveau 3 (risques importants)

Pôles « Matériaux » et « Energie »

*Responsables : Ph. Testé (poste 1652)
R. Landfried (poste 1652)*

Liste des risques présents dans la salle 412 :

- ♦ Arc « Tracking » :
 - Risques électriques (Tension et intensité élevées) 
 - Atmosphère polluée (Dégagement de vapeurs métalliques – toxiques) 

Rappel des conditions d'accès définies par le règlement :

Pour les pièces classées en niveau 3, l'accès aux équipements dangereux spécifiés par l'affichage local est strictement limité aux horaires de référence et la présence d'au moins deux personnes pour l'exécution d'une tâche est impérative.

En-dehors des heures de travail, les locaux de niveau 3 doivent être fermés à clé et tout accès aux équipements à haut risque est interdit. L'accès à des activités de risque moindre (niveau 1 ou 2) éventuellement présentes dans les mêmes locaux est autorisé dans les limites précisées plus haut pour ces risques.

Date de mise à jour: 04/10/2022



Consignes de sécurité :

Urgence médicale

- Mettre, si nécessaire, la (les) victime(s) **en sécurité**
- Alerter le **sauveteur-secouriste du travail** le plus proche
- Prévenir les **secours**
- Préciser :
 - le **lieu** de l'accident (*Laboratoire de Génie Électrique et Électronique de Paris, bâtiment, pièce*)
 - le **nombre** de victimes
 - la **nature** de l'urgence (*malaise, coupure, brûlure, électrisation, etc.*)
 - l'**état** de(s) la victime(s)
 - les **premiers soins** prodigués
 - vos **coordonnées téléphoniques**

NE PAS RACCROCHER LE PREMIER !


- **Envoyer** des agents à l'entrée du laboratoire pour **guider** les secours
- **Inform**er le médecin de prévention



Consignes de sécurité :

Incendie

- **Déclencher** le signal d'alarme :
- Prévenir **les secours** →
 - **PC de sécurité** (bâtiment Eiffel – diagonale « sud ») : 01 75 31 **77 77** - 24h/24h
 - **Pompiers** : **ligne directe** téléphone rouge à côté de la pharmacie, couloir 700, bât.G
 - **Numéro d'Urgence** **112**
- Préciser l'**endroit exact** du sinistre et **votre position** (*Laboratoire de Génie Électrique et Electronique de Paris, bâtiment, pièce*)
- **Envoyer** des agents à l'**entrée** du laboratoire pour **guider** les secours
- Utiliser **si possible** le **matériel d'extinction adapté**, en attendant les secours





Consignes de sécurité :

Evacuation

À l'audition du **signal d'alarme** :

- Garder son **calme**
- **Arrêter** les appareils en fonctionnement
- **Si possible, couper** les arrivées de fluides (*gaz, air comprimé, hydrogène, oxygène, etc.*)
- **Fermer** portes et fenêtres en sortant

SE DIRIGER VERS LES SORTIES DE SECOURS → suivre les consignes des serre-files

- Dans la fumée, **se baisser** : l'air frais est près du sol
- Ne jamais revenir sur ses pas
- Se rendre au point de rassemblement devant le laboratoire (bât. G) ou l'école (bât. Bréguet)
- Ne pas réintégrer les locaux sans en avoir reçu l'ordre

EN CAS D'IMPOSSIBILITÉ D'ÉVACUER, S'ENFERMER DANS UNE PIÈCE, MOILLER ET CALFEUTRER LA PORTE ET SE MANIFESTER À LA FENÊTRE